

## Qualitätsparameter in der Endoskopie

Die endoskopischen Instrumente in der Praxis für Gastroenterologie werden regelmässig mikrobiologisch getestet und sind keimfrei.

<https://sggssg.ch/qualitaet-hygiene-cirs/hygiene-tests/>

Als wesentlicher Parameter für die Qualität bei der Durchführung einer Vorsorge-Koloskopie wird die sogenannte **Adenomdetektionsrate** und die **Rückzugszeit** bestimmt. Die Rückzugzeit sollte > 6 min. betragen und die Adenomdetektionsrate grösser als 33% sein.

Die mediane **Rückzugszeit** in meiner Praxis betrug im Jahr 2022 und 2024 **neun Minuten** und die **Detektionsrate für Adenome 53.8%** und **51%** sowie für **sessil serratierte Läsionen 16.5%** und **22%**.

Zu diesen sehr guten Ergebnissen haben auch unsere Patienten mit entsprechend guter Darmvorbereitung beigetragen!